

附件 2:

“玉溪市第二人民医院联影 1.5T 磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加采购项目”

单一来源采购论证会议专家论证意见表

日期：2024年08月05日

所属具体情形	《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》 (云财采〔2018〕18号) 第二条第(一)款第 7 项;
采购单位	玉溪市第二人民医院
项目名称	玉溪市第二人民医院联影1.5T磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加采购项目
项目金额	¥360000.00元
专家1论证意见	专家姓名：孙少平；工作单位：玉溪市人民医院 职称：工程师 详见附件1
专家2论证意见	专家姓名：刘艳；工作单位：玉溪市中医医院 职称：主任技师 详见附件2
专家3论证意见	专家姓名：杨勇帮；工作单位：玉溪市食品药品检验所 职称：副主任药师 详见附件3
综合论证意见	玉溪市第二人民医院联影1.5T磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加采购，由于该设备技术复杂，为满足现有设备的整体性、稳定性、兼容性、匹配性等特点，只能由原生产厂家提供备件和维修服务，更换的部件需为原厂的全新配件。以保证设备的完整性和正常使用。本项目符合《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采〔2018〕18号）第二条第（一）款第7项“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务，且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况。”的规定。 专家组一致建议采用单一来源的采购方式进行采购。 专家组签字：   论证日期：2024年08月05日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：孙少平	
	职称：工程师	
	工作单位：玉溪市人民医院	
项目信息	项目名称：玉溪市第二人民医院联影 1.5T 磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加采购项目	
专业人员论证意见	玉溪市第二人民医院联影 1.5T 磁共振故障，需更换冷头、吸附器及液氮添加。本项目更换的部件均为原厂、全新配件。本项目符合云采采[2018]18号文第二条第一款第7项，只能由特定供应商制造或者提供货物和服务，且不存在任何其他合理的替代情况或其他情况的情形，建议采用单一来源采购方式采购原厂配件。 孙少平 2024.8.5	
专业人员签字	孙少平	日期：2024 年 08 月 05 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘艳	
	职称：玉溪市中医医院	
	工作单位：主任技师	
项目信息	项目名称：玉溪市第二人民医院联影 1.5T 磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加采购项目	
专业人员论证意见	拟采购的联影 1.5T 磁共振冷头、吸附器及液氮瓶与现有设备相匹配的产品，为满足现有设备的整体性、稳定性、兼容性、匹配性等特点，现拟采购的产品根据云南省财政厅云财采〔2018〕18号单一来源采购管理的通知，符合单采第二款第一条第 7 项之规定，只能由特定供应商制造或者提供货物和服务，且不存在任何其他合理选择或替代情况的其他情况。 综上所述，建议采用单一来源进行产品采购。	
专业人员签字		日期：2024 年 08 月 05 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨勇帮	
	职称：副主任药师	
	工作单位：玉溪市食品药品检验所	
项目信息	项目名称：玉溪市第二人民医院联影 1.5T 磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加采购项目	
专业人员论证意见	本项目拟采购的 1.5T 磁共振更换冷头、吸附器及液氮添加项目，由于该设备，技术复杂只能由生产厂家提供备件和维修服务以保证设备的完整性和正常使用。符合云财采[2018]18号 第二条第一款第 7 项之规定：即“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况”。的情形。 故建议采用单一来源采购方式向生产厂家进行采购。 杨勇帮 2024 年 8 月 5 日	
专业人员签字	杨勇帮	日期：2024 年 08 月 05 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。